

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: **Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện An Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp máy lọc và khử khuẩn không khí cho khoa Khám bệnh và khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện An Bình – 146 An Bình, Phường An Đông, TP.HCM.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Bùi Thị Thùy Linh – Nhân viên Tổ mua sắm

- Số điện thoại: 0909.437.813

- Email: bvab.dauthau@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Nhận trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày nhận báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị): Đính kèm phụ lục 1,2

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về đóng gói vận chuyển, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp và lắp đặt: Bệnh viện An Bình - Địa chỉ: 146 An Bình, Phường An Đông, TP. Hồ Chí Minh;

- Yêu cầu về đóng gói vận chuyển, bảo quản và các điều kiện khác: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng;

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tỷ lệ tạm ứng: không có

- Thanh toán hợp đồng khi trúng thầu:

• Hình thức thanh toán: chuyển khoản;

• Thời hạn thanh toán: Từ 90-120 ngày kể từ ngày bệnh viện nhận được hóa đơn tài chính và đầy hồ sơ thanh toán (bao gồm: Biên Bản nghiệm thu, Mẫu số 08a...) của nhà thầu;

5. Các thông tin khác: Nhà thầu cung cấp các thông tin sau:

- Nhà thầu vui lòng báo giá theo mẫu (đính kèm Phụ lục 3);

- Bảng giá đã được niêm yết (nếu có);

- Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm (Catalogue sản phẩm) và các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TMS (BTTL.02b);



Hồ Hải Trường Giang

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC, THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÀNG HÓA

(Kèm theo Thông báo số : 1081 /TB-BVAB ngày 21 / 10 /2026)

STT	Cấu hình kỹ thuật sản phẩm
1	Máy lọc và khử khuẩn không khí: 02 máy
	Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2026 trở về sau
	Mã HS: 8421
	Thiết bị đạt chứng chỉ chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 13485:2016
	- Điều kiện môi trường làm việc: + Nhiệt độ hoạt động: $\leq 45^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm hoạt động: $\leq 85\%$
2	Cấu hình cho 01 máy
	Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
	Bộ đèn phản ứng: 01 bộ
	Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
3	Tính năng kỹ thuật:
	Công nghệ diệt khuẩn kép Quang hóa xúc tác (PCO) với xúc tác nano TiO_2 dạng ống và ánh sáng bước sóng tối ưu 254nm. Không sử dụng màng lọc, cánh lọc
	Máy có khả năng loại bỏ Covid-19, virus, vi khuẩn, nấm mốc như Mycotoxins, Rubella, SARS, sởi, vi khuẩn than, Staphylococcus Aureus, MRSA, Avian flu,... các chất vô cơ dễ oxy hóa và các chất hữu cơ bay hơi kể cả các hạt có kích thước nhỏ hơn $0.1\mu\text{m}$.
	Không tạo ra ô zôn, các chất có hại gây ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng.
	Máy hoạt động liên tục 24/24h.
	Hiệu quả xử lý đạt $\geq 99,999\%$
	Sử dụng trong các Bệnh viện, phòng khám, phòng mổ, phòng hồi sức, phòng chăm sóc đặc biệt, phòng chăm sóc nhi,...
	Thông số kỹ thuật:
	Kích thước (Dài x Rộng x Cao): $\geq 50 \times 40 \times 10\text{cm}$
	Trọng lượng: $\leq 10\text{kg}$
	Độ ồn: $\leq 45\text{dB}$
	Nguồn điện (V): 100 – 240
	Tần số (Hz): 50/60
	Kích thước phòng tiêu chuẩn: $\geq 80\text{ m}^3$
	Bộ đèn phản ứng: ≥ 6 bóng đèn UV bước sóng 245nm
	Vỏ thiết bị: Vỏ composite cách nhiệt hoặc tương đương
4	Yêu cầu khác:
	Thời gian bảo hành: 12 tháng
	Lắp đặt, chạy thử thiết bị tại cơ sở sử dụng máy
	Hướng dẫn người sử dụng vận hành thành thạo thiết bị
	Cam kết cung cấp: Chứng chỉ xuất xứ hàng hóa do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp, Chứng chỉ chất lượng hàng hóa do nhà sản xuất cấp, tờ khai hải quan (xóa giá) (Sao y do công ty nhập khẩu xác nhận)
	Cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì trong vòng 24 - 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu

PHỤ LỤC 2 : MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thông báo số : 1081/TB-BVAB ngày 21 / 10 /2026)
BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện An Bình, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ Cung cấp máy lọc và khử khuẩn không khí cho khoa Khám bệnh và khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ Cung cấp máy lọc và khử khuẩn không khí cho khoa Khám bệnh và khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
...						
Tổng cộng:						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.